



## VERBALE NR 2

### **Della Commissione Giudicatrice gara europea a procedura aperta per la fornitura di Microscopi per UOC Anatomia Patologica e UOC Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedale-Università Padova.**

#### **ID GARA N. – 23A117**

Il giorno 19.12.2024 alle ore 12:00 presso la sala della UOC Anatomia Patologica sita in via Gabelli 61, Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta per la fornitura di Microscopi per UOC Anatomia Patologica e UOC Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi degli articoli 44 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2266 del 18.11.2024, è così composta:

<b>Presidente:</b>	Prof. Angelo Dei Tos	UOC Anatomia Patologica
<b>Componenti:</b>	Prof.ssa Cristina Basso Ing. Andrea Camporese	Patologia Cardiovascolare UOSD Ingegneria Clinica

#### **PREMESSO CHE:**

- L'appalto di cui trattasi è composto da due lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

#### **IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto i seguenti operatori economici: Evident Europe GMBH, Leica Microsystems S.r.l., Nikon Europe B.V..

#### **LA COMMISSIONE**

Sulla base delle risposte ai chiarimenti e alla documentazione tecnica presentata constatata quanto segue:

LOTTO 1

- Ditte Leica Microsystems Srl e Nikon Europe B.V. risultano aver presentato delle apparecchiature con tubo binoculare a fronte del requisito di minima "Tubo trinoculare ergonomico con inclinazione variabile 0°- 35°".

#### LOTTO 2

- Ditta Nikon Europe B.V. risulta aver presentato delle apparecchiature con tubo binoculare a fronte del requisito di minima "Tubo trinoculare ergonomico con inclinazione variabile 0°- 35°"
- Ditta Evident Europe GMBH risulta aver presentato delle apparecchiature rispondenti ai requisiti di minima richiesti.

Sulla base di quanto emerso la Commissione pertanto rileva che la ditta Leica Microsystems Srl per il lotto 1 e la ditta Nikon Europe B.V. non risultano soddisfare i requisiti di minima e pertanto non si procederà con la valutazione qualitativa; la ditta Evident Europe GMBH soddisfa i requisiti di minima pertanto si procederà a fissare incontro per la visione di quanto offerto.

La Commissione termina i lavori alle 12:30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Prof. Angelo Dei Tos	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI
Prof.ssa Cristina Basso	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI
Ing. Andrea Camporese	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Verbalizzante: Michela Zulian

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI