

**VERBALE NR 3**

Della Commissione Giudicatrice gara europea a procedura aperta per la fornitura di letti elettrici per terapia intensiva per i fabbisogni dell'OBI, della Nuova Pediatria e reparti vari.

ID GARA N.-23A143.1 24A313

Il giorno 03.12.2024 alle ore 11:00 presso la sala dell'ISTAR 3si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta per la fornitura di letti elettrici per terapia intensiva per i fabbisogni dell'OBI, della Nuova Pediatria e reparti vari, espletata ai sensi degli articoli 44 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2272 del 18.11.2024, è così composta:

Presidente:	Dott.ssa Cristina Zaggia	Coordinatrice T.I. Pediatrica
Componenti:	Dr.ssa Paola Battanolli P.I. Davide Barbieri	Coordinatrice ISTAR 3 UOSD Ingegneria Clinica

PREMESSO CHE:

- L'appalto di cui trattasi è composto da un unico lotto;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs.n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto i seguenti operatori economici: Hill-Rom, Linet Italia Srl, MalvestioSpA.

LA COMMISSIONE

Visiona le risposte ai chiarimenti posti e sulla base della documentazione tecnica presentata e delle risposte constata quanto segue:

Ditta Hill-Rom

- i certificati presentati risultano avere i codici dei singoli dispositivi (struttura letto + materasso) ma non del sistema proposto come indicato nell'allegato D offerta senza prezzi;

- Si evincono dalle IFU del letto progressa e dalle IFU del materasso therapy 2 due modalità di funzionamento divergenti della gestione della CPR.

Il comando CPR della funzione del letto è affidato a un pedale che porta in posizione la struttura del letto e interviene nella gestione del materasso portandolo al gonfiaggio massimo per il posizionamento di una tavola per la CPR.

Il comando CPR del materasso invece prevede che l'operatore prema il pulsante CPR posto sul pannello comandi dedicato del materasso (diverso da quello della struttura letto) che sgonfierà il materasso. La gestione della CPR condotta tramite l'attivazione contemporanea di due modalità differenti non risponde alla caratteristica di minima "Comando per ottenimento posizione di emergenza CPR facilmente identificabile a leva e pedale"

- dalla documentazione tecnica presentata non si evince il requisito di minima Il materasso deve essere idoneo per il trattamento di pazienti ad altissimo rischio.

Ditta Linet Italia Srl

- i certificati CE presentati riportano un codice diverso da quello indicato nell'offerta

- dalla documentazione tecnica presentata risulta che *"Il sistema del materasso ad aria Air2Care fornisce pressione alternata per i pazienti che soffrono di ulcere da decubito a medio e alto rischio"* a fronte della richiesta del requisito di minima *"Il materasso deve essere idoneo per il trattamento di pazienti ad altissimo rischio"*.

- in riferimento al requisito di minima "Comando per ottenimento posizione di emergenza CPR facilmente identificabile a leva e pedale" il fornitore offre come equivalente al comando a pedale una gestione CPR su pannello comandi. Tale modalità obbliga un operatore a mantenere premuto il pulsante di comando per ottenere la posizione di CPR a differenza dell'utilizzo del comando a pedale in cui l'operatore ha le mani libere per iniziare tempestivamente la rianimazione cardiopolmonare.

Ditta Malvestio

- il sistema proposto risulta soddisfare i requisiti di minima.

Sulla base di quanto emerso la Commissione pertanto rileva che le ditte Hill-Rom e Linet Italia Srl non risultano soddisfare i requisiti di minima né l'equivalenza e pertanto non si procederà con la valutazione qualitativa; la ditta Malvestio soddisfa i requisiti di minima pertanto si procederà a fissare incontro per la visione di quanto offerto.

Viene incaricato il Segretario verbalizzante a comunicare tramite la piattaforma telematica la data della visione alla ditta Malvestio.

La Commissione termina i lavori alle 12:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott.ssa Cristina Zaggia

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Dr.ssa Paola Battanolli

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

P.I. Davide Barbieri

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Verbalizzante: Michela Zulian

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI