

**VERBALE NR 3**

Della Commissione Giudicatrice gara europea a procedura aperta per la fornitura di cannule nasali per NIPPV e nasal CPAP e per ossigeno terapia ad alti flussi per prematuri, neonati, lattanti e bambini per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

ID GARA N. – 22P114

Il giorno 13.01.2025 alle ore 11:00 presso la sala riunioni della UOC Farmacia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta per la fornitura di cannule nasali per NIPPV e nasal CPAP e per ossigeno terapia ad alti flussi per prematuri, neonati, lattanti e bambini per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale-Università Padova, espletata ai sensi degli articoli 44 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2147 del 31.10.2024, è così composta:

Presidente:	Dott. Luca Bonadies	UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale
Componenti:	Dr.ssa Elisabetta Tosato Dr.ssa Mariangela Casara	UOSD Terapia Intensiva Pediatrica UOC Farmacia

PREMESSO CHE:

- L'appalto di cui trattasi è composto da venti lotti di cui 9 aggiudicabili;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto i seguenti operatori economici: Deas Srl, Draeger Italia SpA, Euromed Srl, Fisher & Paykel Healthcare SaS, Flexicare Srl, Intersurgical SpA;
- la ditta Fisher & Paykel Healthcare SaS risulta essere stata esclusa come da Delibera n. 2094 del 25/10/2024;

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

LA COMMISSIONE

Prende visione delle risposte ai chiarimenti posti ed evidenzia quanto segue:

LOTTO 1

- Ditta Draeger Italia SpA i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato;
- Ditta Euromed Srl la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima "Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton" non risulta soddisfatto;
- Ditta Flexicare i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato;
- Ditta Intersurgical SpA il requisito di minima "Cannule nasali per NIPPV" non risulta soddisfatto in quanto i dispositivi offerti secondo quanto indicato nelle IFU risultano avere un uso previsto per garantire il supporto respiratorio mediante CPAP nasale.

LOTTO 2

- Ditta Draeger Italia SpA i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato
- Ditta Intersurgical SpA il requisito di minima "Cannule nasali per NIPPV" non risulta soddisfatto in quanto i dispositivi offerti secondo quanto indicato nelle IFU risultano avere un uso previsto per garantire il supporto respiratorio mediante CPAP nasale

LOTTO 3

- Ditta Euromed la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima "Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton" non risulta soddisfatto
- Ditta Flexicare i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato
- Ditta Intersurgical SpA il requisito di minima "Cannule nasali per NIPPV" non risulta soddisfatto in quanto i dispositivi offerti secondo quanto indicato nelle IFU risultano avere un uso previsto per garantire il supporto respiratorio mediante CPAP nasale

LOTTO 4

- Ditta Intersurgical SpA il requisito di minima "Cannule nasali per NIPPV" non risulta soddisfatto in quanto i dispositivi offerti secondo quanto indicato nelle IFU risultano avere un uso previsto per garantire il supporto respiratorio mediante CPAP nasale

LOTTO 7

- Ditta Deas Srl i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato
- Ditta Euromed la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima "Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton" non risulta soddisfatto
- Ditta Flexicare i dispositivi offerti rispettano i requisiti di minima previsti dal capitolato

LOTTO 9

- Ditta Intersurgical la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima "Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton" non risulta soddisfatto

LOTTO 10

- Ditta Intersurgical la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima "Tutti i

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton” non risulta soddisfatto

LOTTO 13

- Ditta Intersurgical la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima “Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton” non risulta soddisfatto

LOTTO 15

- Ditta Intersurgical dalla documentazione tecnica presentata non si evince la caratteristica richiesta dell'utilizzo su circuiti monotubo, inoltre la dichiarazione di compatibilità tra il dispositivo offerto e i ventilatori in uso risulta essere stata redatta dalla ditta partecipante e non dal fabbricante del dispositivo stesso come richiesto dalla documentazione di gara, pertanto il requisito di minima “Tutti i dispositivi devono essere compatibili con ventilatori Drager, Servo-i e Servo-u (ditta Maquet) e ventilatori portatili tipo Hamilton” non risulta soddisfatto.

Pertanto la Commissione non procederà alla prova e alla successiva valutazione dei dispositivi non rispondenti alle caratteristiche tecniche di minima richieste, mentre procederà alla richiesta di campionatura per i dispositivi conformi.

Si concorda il quantitativo da richiedere alle ditte e si incarica il segretario verbalizzante alla richiesta tramite la piattaforma telematica.

La Commissione termina i lavori alle 12:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Luca Bonadies	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI
Dr.ssa Elisabetta Tosato	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI
Dr.ssa Mariangela Casara	FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Verbalizzante: Michela Zulian

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI