



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 22P032 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'IPOTERMIA PERI-OPERATORIA DESTINATI ALL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA

Il giorno 11/10/2024 presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - Padova, il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 0035516/2023 (costituito dalla dott.ssa Antonella Dai Prà, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Angela Scaggiante in qualità di teste e verbalizzante), procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della procedura in oggetto.

Si precisa che:

- A seguito dell'apertura della busta amministrativa, come da Verbale 13/02/2024 e dal Verbale di verifica soccorso istruttorio del 04/03/2024, le ditte sono state ammesse alla fase successiva di gara;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 15/04/2024, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha relazionato per ogni attività svolta. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
 - il lotto risulta aggiudicabile;
 - la ditta Medical Lume Srl è esclusa in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo pari a 42;
 - la ditta Smiths Medical Italia Srl è esclusa in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo pari a 42;
 - tutte le ditte rimaste vengono ammesse alla fase successiva di gara;
- pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come

stabilito nel Disciplinare di gara, e chiesto la conferma di validità dell'offerta e proroga della cauzione provvisoria.

- tutte le ditte ammesse confermano la validità dell'offerta e la proroga della cauzione provvisoria.

L'Autorità di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle ditte ammesse con i seguenti esiti:

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	CAIR ITALIA s.r.l.	249.678,00 €	70	30	100
2^	MOVI S.P.A.	251.442,00 €	52,24	29,73	81,97
3^	Medival S.r.l.	263.520,00 €	45,97	27,62	73,59

Si precisa che tutte le offerte risultano inferiori all'importo a base d'asta (€ 298.860,00 I.V.A. esclusa, di cui € 15.360,00 rif. 1 e € 283.500,00 rif. 2).

Dal momento che l'offerta della ditta CAIR ITALIA s.r.l. ha realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, come stabilito nel disciplinare di gara, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l'offerente rimane giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee verifiche della completezza dell'offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dal codice.

Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 2 (due) facciate e n. 4 Allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 09/05/2024, Verbale n. 2 del 28/05/2024, Verbale n. 3 del 30/05/2024, Verbale n. 4 del 25/06/2024 della Commissione Giudicatrice, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Autorità di gara: Dott.ssa Antonella Dai Prà

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Teste e Dott.ssa Angela Scaggiante

verbalizzante:

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

VERBALE NR 1

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'IPOTERMIA PERI-OPERATORIA PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

ID GARA N. – 22P032

Il giorno 09/05/2024 alle ore 12:00 presso la sala riunioni della Farmacia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 15/04/2024, è così composta:

Presidente:	Dott.ssa Katia Soncin Dott. Edoardo Calzavara	UOC Urologia UOC Farmacia
Componenti:	Dott. Gianpaolo Lanza	UOSD Ingegneria clinica

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da un unico lotto;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30
- Ditte partecipanti:
 - Cair Italia srl;
 - Medical Lume Srl;
 - Medival Srl;
 - Movi Spa;
 - Smiths Medical Italia Srl;

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la verifica del rispetto dei requisiti minimi e l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione come stabiliti nel Capitolato Speciale.



LA COMMISSIONE

- stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:
 - 1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata.
 - 2° step: richiesta di campionatura, se necessario, da richiedere alle ditte partecipanti.
 - 3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato.

I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.

- procede alla verifica dei requisiti minimi e dispone l'organizzazione delle prove pratiche delle apparecchiature e del materiale di consumo offerto.

Viene incaricato il dott. Calzavara di verificare la documentazione CE presentate dalle ditte.

La Commissione termina i lavori alle ore 12:55.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott.ssa Katia Soncin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dott. Edoardo Calzavara	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dott. Gianpaolo Lanza	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 2****DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
PER IL TRATTAMENTO DELL'IPOTERMIA PERI-OPERATORIA PER IL FABBISOGNO
DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA****ID GARA N. – 22P032**

Il giorno 28/05/2024 alle ore 9:00 presso la sala riunioni della Farmacia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 15/04/2024, è così composta:

Presidente:	Dott.ssa Katia Soncin Dott. Edoardo Calzavara	UOC Urologia UOC Farmacia
Componenti:	Dott. Gianpaolo Lanza	UOSD Ingegneria clinica

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da un unico lotto;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30
- Ditte partecipanti:
 - Cair Italia srl;
 - Medical Lume Srl;
 - Medival Srl;
 - Movi Spa;
 - Smiths Medical Italia Srl;

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la verifica del rispetto dei requisiti minimi e la prova pratica delle ditte Cair Italia Srl e Medival Srl.

**VERBALE NR 3****DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
PER IL TRATTAMENTO DELL'IPOTERMIA PERI-OPERATORIA PER IL FABBISOGNO
DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA****ID GARA N. – 22P032**

Il giorno 30/05/2024 alle ore 9:30 presso la sala riunioni della Farmacia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 15/04/2024, è così composta:

Presidente:	Dott.ssa Katia Soncin Dott. Edoardo Calzavara	UOC Urologia UOC Farmacia
Componenti:	Dott. Gianpaolo Lanza	UOSD Ingegneria clinica

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da un unico lotto;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30
- Ditte partecipanti:
 - Cair Italia srl;
 - Medical Lume Srl;
 - Medival Srl;
 - Movi Spa;
 - Smiths Medical Italia Srl;

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la verifica del rispetto dei requisiti minimi e la prova pratica delle ditte Movi Spa e Smiths Medical Italia Srl.



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

VERBALE NR 4

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'IPOTERMIA PERI-OPERATORIA PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

ID GARA N. – 22P032

Il giorno 25/06/2024 alle ore 9:30 presso la sala riunioni della Farmacia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 15/04/2024, è così composta:

Presidente:	Dott.ssa Katia Soncin Dott. Edoardo Calzavara	UOC Urologia UOC Farmacia
Componenti:	Dott. Gianpaolo Lanza	UOSD Ingegneria clinica

PREMESSO CHE:

- La fornitura di cui trattasi è composta da un unico lotto;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30
- Ditte partecipanti:
 - Cair Italia srl;
 - Medical Lume Srl;
 - Medival Srl;
 - Movi Spa;
 - Smiths Medical Italia Srl;

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la valutazione delle offerte ricevute sulla base della documentazione tecnica e delle prove effettuate.

- Prende atto della risposta della ditta Cair Italia Srl;
- Procede alla valutazione delle offerte ricevute come da tabella allegata.

La Commissione termina i lavori alle ore 12:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott.ssa Katia Soncin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dott. Edoardo Calzavara	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Dott. Gianpaolo Lanza	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

Rif. n.	Descrizione servizi/beni/lavori	Quantità a base d'asta 36 mesi	Base d'asta per 36 mesi	Totale														
1	Noleggio di Unità riscaldanti	120	€15.360,00	€298.860,00														
2	Coperte di varie tipologie e misure monouso per adulti e bambini	63.00.00	€283.500,00															
n°	criteri di valutazione	punti max		Cair Italia srl			Medical Lume srl			Medival srl			Movi spa			SMITHS MEDICAL ITALIA Srl		
				Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
1	Tipologie, materiale, qualità e gamma di misure delle coperte	D	25	25	1	Ottima gamma 43 modelli, ottimo materiale e qualità del prodotto	15	0,6	Gamma non completa e ridotta n. 9 modelli, Si rileva ottimo materiale e qualità dei dispositivi	15	0,6	Gamma offerta ridotta 10 modelli / si rileva ottimo materiale e qualità dei dispositivi	20	0,8	Gamma non completa, offerti 20 modelli. La grandezza delle coperte è sovradimensionata rispetto alle indicazioni dichiarate, con presenza di tessuto con ingombro non riscaldante. Si rileva buon materiale e qualità dei dispositivi	10	0,4	Gamma offerta ridotta 9 modelli, Materiale rigido
2	Efficienza, praticità ed affidabilità d'uso del sistema, apparecchiature e materiale di consumo (sistema di fissaggio, raccordo con tubo di riscaldamento, distribuzione del calore, numero di inserti per maggiore flessibilità nel riscaldamento)	D	20	20	1	Ottima efficienza, praticità e affidabilità. Presenza della pinza e copertura tubo	12	0,6	Copertura tubo Accessi limitati e poco pratici nelle copertine. Adeguato ancoraggio del tubo al tavolo operatorio	4	0,2	Manca copertura del tubo Ancoraggio del tubo al tavolo operatorio poco funzionale e non adeguato. Incastro del tubo risulta poco pratico in quanto è presente del cartone.	12	0,6	Adeguato ancoraggio del tubo al tavolo operatorio Foro di collegamento al tubo dell'apparecchiatura nella porzione centrale lato testa o piedi con ingombro nella potenziale zona di lavoro di anestesia o chirurgia (materassino neonatale). Pratico l'inserimento del tubo alla copertura. Copertura tubo Praticità del sistema ridotta per vicinanza tasti.	8	0,4	No copertura del tubo Incastro del tubo risulta poco pratico in quanto è presente del cartone. Adeguato ancoraggio del tubo al tavolo operatorio Necessario utilizzo di utensili per sgancio del carrello.
3	Ingombro, peso e rumorosità della macchina	D	15	12	0,8	Molto buono peso dell'apparecchiatura Rumorosità ottimale	3	0,2	Ingombro e Peso rilevante Rumorosità appena sufficiente	15	1	Peso e ingombro apparecchiatura ottimale Rumorosità ottimale	12	0,8	Peso e ingombro apparecchiatura ottimale Rumorosità sufficiente	9	0,6	Ingombro e Peso rilevante Rumorosità ottimale
4	Funzioni macchina (parametri regolabili, modalità di monitoraggio e controllo della temperatura erogata, sistema di visualizzazione, sistemi di sicurezza)	D	10	10	1	Funzioni macchina ottimali	10	1	Funzioni macchina ottimali	10	1	Funzioni macchina ottimali	6	0,6	Lo spegnimento dell'apparecchiatura richiede 30 secondi di attesa. Per sgonfiare rapidamente il materassino sarebbe necessario staccare il tubo di connessione alla macchina oppure premere l'interruttore posto sul retro della macchina.	10	1	Funzioni macchina ottimali
Totale			70			67			40			44			50			37
Giudizio	OTTIMO	BUONO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	APPENA SUPERIORE AL MINIMO	NESSUNA MIGLIORIA	Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti.											
Valore assegnato V(a)	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0												
Riparametrazione				70			ESCLUSA			45,97014925			52,23880597			ESCLUSA		