

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
<b>02/07/2024</b>	<b>08:20</b>	<b>10:00</b>
<b>OGGETTO: 11° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 21P021.1 fornitura di materiale vario per oculistica per l'Azienda Ospedale-Università Padova</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dott.ssa Francesca Massignan	UOC Oculistica OSA
Componenti:	Dott. Giacomo Miglionico	UOC Clinica Oculistica
	Dott.ssa Alessia Lazzaro	UOC Farmacia
Segretario Verbalizzante:	Dott.ssa Angela Scaggiante	U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
<b>ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE</b>		

Presso la sala riunioni della UOC Farmacia si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata come da nota prot. 44277 del 30/06/2023 per ultimare la valutazione dei dispositivi offerti.

La Commissione conferma le valutazioni come da tabella allegata.

Viene redatto il presente verbale, composto da una facciata:

Presidente: Dott.ssa Francesca Massignan      ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Componenti: Dott. Giacomo Miglionico      ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Dott.ssa Alessia Lazzaro      ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

Lotto 5																										
Lotti 5-6 Asciughini e bastoncini oftalmici			Betatex Spa.			Medival Srl;			Tecnoftalmica;																	
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione									
Capacità di assorbimento	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	ESCLUSA Rif. n. 5 non offerto																	
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo																		
Mantenimento dell'integrità della struttura	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo																		
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo																		
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>70</b>			<b>0</b>																	
Lotto 7																										
Lotti 7 Retrattore irideo			A.M.R. Srl;			D.O.R.C. Italy Srl;			E.Janach Srl;			Emmecì 4 Srl;			Tecnoftalmica;											
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione									
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	20	1	Ottimo	20	1		20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo									
Stabilità nel posizionamento	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1		25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo									
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20	20	1	Ottimo	20	1		20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo									
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	1	0,2	rischio di dispersione dei device all'atto dell'apertura del contenitore	5	1	Ottimo	3	0,6	Apertura difficoltosa, è necessario maneggiare con cautela per il rischio di dispersione dei device all'atto dell'apertura del contenitore	0	0	elevato rischio di dispersione dei device all'atto dell'apertura del contenitore									
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>					<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>			<b>68</b>					<b>ESCLUSA</b>									
Lotto 8																										
Lotti 8 Anello di tensione capsulare			Bausch & Lomb Iom Spa;			E.Janach Srl;			Emmecì 4 Srl;			Sifi Spa;														
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione									
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	8	0,4	scorrimento non fluido dell'anello attraverso il cartrige, pertanto l'espulsione dell'anello risulta poco controllabile.	8	0,4	scorrimento non fluido dell'anello attraverso il cartrige, pertanto l'espulsione dell'anello risulta poco controllabile.	20	1	Ottimo	8	0,4	scorrimento non fluido dell'anello attraverso il cartrige, pertanto l'espulsione dell'anello risulta poco controllabile.												
Stabilità nel posizionamento	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo												
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	10	1	Ottimo												
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	10	1	Ottimo												
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>			<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>					<b>ESCLUSA</b>												

Lotto 10																						
Lotto 10 Cono per tonometro			Frastema Ophthalmics Easyopht Group Srl;																			
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione																	
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	20	1	Ottimo																	
Facilità di lettura della misurazione	12,5	25	25	1	Ottimo																	
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20	20	1	Ottimo																	
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo																	
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>																			
Lotto 11																						
Lotto 11 Sonde compatibili con tonometro			AJ OPTALMICA SERVICE SRL																			
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione																	
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	Esclusa in quanto il dispositivo rif. 12 non è in confezione singola sterile																			
Grado di compatibilità con lo strumento	12,5	25																				
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20																				
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5																				
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>																				
Lotto 12																						
Lotto 12 Banderella sterile in silicone			Emmeci 4 Srl;			T.M.T Srl Triveneta Medical Technology;																
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione														
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	10	20	esclusa in quanto è assente il manico di chiusura.			20	1	Ottimo														
Caratteristiche tecniche del materiale (es resistenza e consistenza)	12,5	25				25	1	Ottimo														
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20				20	1	Ottimo														
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5				5	1	Ottimo														
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>				<b>70</b>																
Lotto 13																						
Lotto 13 Lenti sterili monouso da vitrectomia ingredienti			A.M.R. Srl;			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd;			D.O.R.C. Italy Srl;			E.Janach Srl;			Emmeci 4 Srl;			T.M.T Srl Triveneta Medical Technology;				
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione		
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	12,5	25	10	0,4	lente poco stabile sulla superficie oculare	25	1	Ottimo	10	0,4	lente poco stabile sulla superficie oculare	10	0,4	lente poco stabile sulla superficie oculare	10	0,4	lente poco stabile sulla superficie oculare	10	0,4	lente poco stabile sulla superficie oculare		
Caratteristiche tecniche del materiale (es resistenza e consistenza)	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo		
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo		
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo		
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>			<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>					<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>		

Lotto 14					
Lotto 14-15 Bisturi			Tecnoftalmica		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	7,5	15	esclusa in quanto i dispositivi non sono dotati di un sistema di sicurezza integrato		
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	7,5	15			
Ergonomia dell'impugnatura	7,5	15			
Capacità di taglio e incisione	10	20			
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5			
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>0</b>		
Lotto 16					
Lotto 16 Trapano corneale e punzone			E.Janach Srl;		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Maneggevolezza d'uso e praticità di applicazione	7,5	15	6	0,4	In fase di posizionamento il dispositivo (rif. 24) impedisce il controllo della centratura dello stesso sulla cornea del ricevente e del donatore.
Ergonomia dell'impugnatura	7,5	15	15	1	Ottimo
Capacità di taglio	10	20	20	1	Ottimo
Gamma di misure disponibili	7,5	15	15	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>			<b>ESCLUSA</b>
Lotto 17					
Lotto 17 Camera anteriore artificiale			E.Janach Srl;		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Maneggevolezza d'uso	15	30	30	1	Ottimo
Stabilità nel mantenimento della camera anteriore	17,5	35	35	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		

Lotto 18																	
Lotto 18 Riff.27-28 Soluzione salina bilanciata			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd;														
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione												
Maneggevolezza d'uso e apertura della confezione	10	20	4	0,2	Il prodotto non è pronto per l'uso e deve essere miscelato prima dell'uso												
Qualità dell'elastomero	7,5	15	15	1	Ottimo												
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	15	30	6	0,2	aumentato rischio di contaminazione poiché la preparazione richiede più manipolazione												
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	3	0,6	Doppia confezione che aumenta il volume da eliminare												
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>28</b>		<b>ESCLUSA</b>												
Lotto 20																	
Lotto 20 Strisce per test di Schirmer			A.M.R. Srl;			Aiesi Hospital Sevice;			E.Janach Srl;			F.A.S.S. Srl;			Frastema Ophthalmics Easyopht Group Srl;		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione			
Facilità di applicazione	15	30	18	0,6	poco stabili e precise	18	0,6	poco stabili e precise	30	1	Ottimo	18	0,6	poco stabili e precise	esclusa in quanto i dispositivi non corrispondono a quanto richiesto		
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego	17,5	35	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo			
Confezionamento (facile apertura, periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo			
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>58</b>			<b>58</b>			<b>70</b>			<b>58</b>					
Lotto 22																	
Lotto 22 Goniolente			T.M.T Srl Triveneta Medical Technology														
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione												
Capacità di visualizzazione dell'angolo	12,5	25	25	1	Ottimo												
qualità dell'immagine in termini di nitidezza e ingrandimento.	10	20	20	1	Ottimo												
Maneggevolezza e praticità d'uso	10	20	20	1	Ottimo												
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo												
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>														

Lotto 23											
Lotto 23 Rif.33-34 Cannula per idrodissezione 27-25G			A.M.R. Srl			Tecnoftalmica					
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione			
Maneggevolezza e praticità d'uso	17,5	35	14	0,4	troppo angolata per le esigenze chirurgiche	35	1	Ottimo			
Affidabilità d'uso e sicurezza d'impiego (es.tenuta del sistema di fissaggio)	15	30	30	1	Ottimo	30	1	Ottimo			
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo			
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>			<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>					
Lotto 25											
Lotto 25 Linea di infusione in PVC			D.O.R.C. Italy Srl								
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione						
Facilità di posizionamento	17,5	35	35	1	Ottimo						
Corretta fluidica - assenza di kinkin	15	30	30	1	Ottimo						
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo						
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>70</b>								
Lotto 26											
Lotto 26 Serbatoio in silicone			DORC			E.Janach Srl			Tecnoftalmica		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Maneggevolezza e praticità d'uso	17,5	35	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo
Corretta fluidica	15	30	30	1	Ottimo	30	1	Ottimo	30	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>70</b>			<b>70</b>		

Lotto 27																					
Lotto 27 Microforbice			Alcon Italia Spa			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			DORC			Tecnoftalmica									
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione							
Capacità di taglio valutabile dalla prova	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo							
Maneggevolezza, ergonomia e praticità d'uso	10	20	8	0,4	impugnatura con pulsante non comoda	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	8	0,4	impugnatura con pulsante non comoda							
Flessibilità dello strumento (il dm deve garantire un'adeguata flessibilità)	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo							
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo							
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>ESCLUSA</b>			<b>70</b>				<b>70</b>				<b>ESCLUSA</b>							
Lotto 28																					
Lotto 28 Micropinza			Alcon Italia Spa			Bausch & Lomb Iom Spa			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			DORC			E.JANACH SRL			Tecnoftalmica			
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	
Capacità di presa	12,5	25	10	0,4	presa aggressiva sui tessuti	10	0,4	presa aggressiva sui tessuti	10	0,4	presa aggressiva sui tessuti	25	1	Ottimo	10	0,4	presa aggressiva sui tessuti	10	0,4	presa aggressiva sui tessuti	
Maneggevolezza, ergonomia e praticità d'uso	10	20	8	0,4	impugnatura con pulsante non comoda	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	8	0,4	rigida alla chiusura	20	1	Ottimo	
Flessibilità dello strumento (il dm deve garantire un'adeguata flessibilità)	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>			<b>70</b>				<b>ESCLUSA</b>			<b>ESCLUSA</b>		
Lotto 29																					
Lotti 29 rif. 41 e 42Ago di ricambio/Ago per mantenimento pressione intraoculare			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			D.O.R.C. Italy Srl			Tecnoftalmica												
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione										
Atraumaticità dell'ago	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo										
Maneggevolezza e praticità d'uso	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo										
Corretta fluidica	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo										
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo										
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>				<b>70</b>				<b>70</b>										

Lotto 30											
Lotto 30 Spazzola diamantata			Bausch & Lomb Iom Spa			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			D.O.R.C. Italy Srl		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Maneggevolezza, ergonomia e praticità d'uso	17,5	35	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo	35	1	
Efficacia di ingaggio dei tessuti	15	30	24	0,8	Lieve traumaticità	30	1	Ottimo	12	0,4	il dispositivo presenta un elevato rischio di traumaticità sui tessuti
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>64</b>			<b>70</b>					<b>ESCLUSA</b>
Lotto 32											
Lotto 32 Cannula per iniezione fluidi viscosi			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			D.O.R.C. Italy Srl			Tecnoftalmica		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Facilità di applicazione	17,5	35	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo	35	1	Ottimo
Facilità di scorrimento dell'olio di silicone verificato durante la prova	15	30	30	1	Ottimo	30	1	Ottimo	30	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>70</b>			<b>70</b>		
Lotto 35											
Lotti 35 rif.1 Cannula da camera anteriore osa			A.M.R. Srl			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			Emmecl 4 Srl		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Atraumaticità della cannula	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo
Maneggevolezza e praticità d'uso	10	20	8	0,4	troppo angolata per le esigenze chirurgiche	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo
Corretta fluidica verificata durante la prova	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>			<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>			<b>70</b>		
Lotto 36											
Lotto 36 aghi cannula per vie lacrimali			Tecnoftalmica								
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione						
Atraumaticità della cannula	12,5	25	25	1	Ottimo						
Maneggevolezza e praticità d'uso	10	20	20	1	Ottimo						
Corretta fluidica verificata durante la prova	10	20	20	1	Ottimo						
Confezionamento (periodo di validità del prodotto, specifiche del prodotto, facilità di apertura)	2,5	5	5	1	Ottimo						
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>70</b>								



Lotto 37											
Lotto 37 Dispositivo da camera anteriore			Beaver Visitec Internasionational Sales Ltd			E. JANACH Srl			Emmecì 4 Srl		
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione	Punteggio	Coeff.	Motivazione
Capacità di mantenimento camera anteriore	12,5	25	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo	25	1	Ottimo
Capacità di autofissaggio	10	20	20	1	Ottimo	16	0,8	cannello troppo lungo	4	0,2	parte metallica troppo lunga impedisce il corretto posizionamento intraoculare del dispositivo
Fluidica	10	20	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo	20	1	Ottimo
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo	5	1	Ottimo
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>66</b>					<b>ESCLUSA</b>
Lotto 38											
Lotto 38 Pinza monouso di Busin			Emmecì 4 srl								
Criterio	Punteggio minimo	Punti	Punteggio	Coeff.	Motivazione						
Capacità di presa	12,5	25	25	1	Ottimo						
Maneggevolezza, ergonomia e praticità d'uso	10	20	20	1	Ottimo						
Flessibilità dello strumento (il dm deve garantire una adeguata flessibilità)	10	20	20	1	Ottimo						
Confezionamento (periodo di validità del prodotto...)	2,5	5	5	1	Ottimo						
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>								