

UOC Provveditorato ed Economato

ID GARA N. 14D011 – FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI REAGENTI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER ANALISI IN HPLC PER IL FABBISOGNO DELLA UOC MEDICINA DI LABORATORIO

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

	QUESITI	RISPOSTE
1	Facendo riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale relativamente al Punto 8 delle caratteristiche tecniche minime di reagenti e consumabili “ <i>determinazione di catecolamine e metanefrine urinarie con corse analitiche di durata inferiore a 10 minuti</i> ”, si chiede se sia possibile offrire un set di reattivi che permetta di determinare le catecolamine urinare in 10 minuti e le metanefrine urinarie in 14 minuti	Si si può accettare, ma sarà oggetto di valutazione
2	Facendo riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale relativamente al quantitativo di test annuali da effettuare per ciascuna delle metodiche indicate nella tabella della Sezione "Oggetto della Gara", si chiede di specificare se nel quantitativo annuo indicato sono già inclusi i rispettivi controlli. Si chiede inoltre di specificare la frequenza delle sedute analitiche (giornaliera, settimanale, 2 volte/settimana, mensile?) per ciascuna metodica richiesta	Si il numero totale di test dichiarati è comprensivo anche di calibratori e controlli. Per la maggior parte dei test la frequenza di esecuzione è settimanale. Ad eccezione di MDA (mensile), Porfirine urinarie (quindicinale), Vitamina C, A e E (quindicinale), serotonine e catecolamine plasmatiche (quindicinale).
3	Facendo riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale relativamente alle Condizioni di Fornitura sezione “ <i>garanzia e assistenza tecnica</i> ” si chiede di specificare se i tempi di intervento in seguito ad un guasto della strumentazione debbano essere al massimo di 48 ore o al massimo di 3 giorni lavorativi dalla chiamata	Si conferma entro 48h

4	<p>La scrivente azienda, solo di recente si è inserita nel settore delle forniture di sistemi per analisi con tecnologia LCMS.</p> <p>Si chiede se per comprovare la capacità tecnico-organizzativa richiesta nell'allegato B al disciplinare di gara al punto 17, si possono indicare le principali forniture di sistemi diagnostici di laboratorio, reagenti e relativo materiale di consumo prestati nel triennio precedente a quello di pubblicazione del presente bando, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, ovvero aziende sanitarie pubbliche o private, dei servizi/forniture stessi.</p>	<p>L'oggetto dell'appalto è inserito nel "vocabolario comune per gli appalti (CPV) cod. 33124110 Sistemi Diagnostici</p> <p>Pertanto, si possono indicare le principali forniture di sistemi diagnostici di laboratorio, reagenti e relativo materiale di consumo prestati nel triennio precedente a quello di pubblicazione del presente bando, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, ovvero aziende sanitarie pubbliche o private, dei servizi/forniture stessi</p>
---	--	--

Aggiornato al 11 febbraio 2016

Il RUP
Dott.ssa Antonella Dai Prà