



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 343/Anno 2024

Padova, 02/09/2024**Oggetto:** ID GARA 24A307 -Procedura aperta per la fornitura di ventilatori da trasporto, ventilatori per terapia intensiva e ventilatori amagnetici per la Nuova Pediatria. **Richiesta chiarimenti n. 3**

1	<p>Nel "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale" viene riportato come tempo di consegna: "Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data dell'ordine".</p> <p>Si chiede la possibilità di portare il termine previsto per la consegna a 60 gg naturali e consecutivi a decorrere da quello della data di emissione dell'ordinativo di acquisto.</p>	<p>Si conferma che la consegna delle apparecchiature deve avvenire entro 60 gg della data di emissione dell'ordinativo di acquisto.</p>
2	<p>Buongiorno, vi chiediamo di confermare che la procedura è costituita da 3 lotti che saranno aggiudicati separatamente.</p>	<p>Si conferma che la procedura è composta da n. 3 lotti che saranno aggiudicati separatamente.</p>
3	<p>Buongiorno, a pag. 27 del disciplinare punto 9 viene richiesto "un documento (firmato digitalmente), che contenga una dichiarazione relativa alle caratteristiche dell'offerta presentata e che consenta di individuare i pregi del prodotto offerto rispetto allo specifico parametro di valutazione. Ciascun documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e reso ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Ciascun documento non dovrà superare le 3 facciate in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola" ci confermate che per rispondere a quanto sopra sia sufficiente produrre un unico file contenente in un'unica tabella i singoli criteri di valutazione e che lo stesso può superare</p>	<p>Si conferma che è possibile presentare un unico file, superiore alle tre facciate.</p> <p>Si precisa che per singolo criterio di valutazione non è possibile superare le tre facciate.</p>

Azienda Ospedale-Università Padova:
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**
Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin
UOS Gare e Contratti
Sezione: Gare e Beni di consumo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Dai Prà
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante

Aopd.veneto.it



	le 3 facciate da voi indicate?	
4	<p>Buongiorno, nella tabella "Criteri di valutazione" viene indicato l'avvalimento premiale con punteggio massimo 1. Se non si ricorre avvalimento premiale e quindi l'offerta risponde perfettamente il punteggio tecnico massimo possibile sarà 69. Potreste chiarire meglio il caso in cui si dovesse ricorrere all'avvalimento premiale come viene valutato (magari con un esempio pratico)?</p>	<p>In sede di valutazione tecnica sarà valutato la tipologia di avvalimento offerto, per un punteggio massimo di 1 punto.</p> <p>Es: Avvalimento con la ditta produttrice dell'apparecchiatura al fine di migliorare il contratto di assistenza e manutenzione offerto in gara.</p> <p>Nel caso di avvalimento premiale ovvero di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta il contratto di avvalimento dovrà essere inserito nella Busta tecnica, mentre la restante documentazione dovrà essere inserita nella Busta amministrativa.</p>
5	<p>Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>LOTTO 1:</p> <p>Si chiede gentilmente di specificare se il ventilatore è destinato al trasporto intraospedaliero oppure extraospedaliero e se sono accettabili anche ventilatori con peso inferiore ai 15 kg.</p> <p>LOTTO 2:</p> <p>si chiede gentilmente di specificare se possibile estendere il range di impostazione delle modalità volumetriche del volume corrente a partire da 40 ml, considerando la possibilità di partire da 2 ml nelle ventilazioni pressometriche.</p>	<p>Il ventilatore è destinato al trasporto intraospedaliero. Non sono accettabili ventilatori con peso inferiore ai 15 kg, si conferma la richiesta di peso non superiore ai 7 kg.</p> <p>Si conferma quanto scritto in capitolato tecnico</p>
6	<p>Buongiorno, di seguito la ns richiesta di chiarimento:</p> <p>LOTTO 1</p> <p>Nelle specifiche tecniche viene richiesta l'applicazione "per neonati, pazienti pediatrici e adulti" ; non viene però indicato il limite minimo di applicazione sui pazienti neonatali in termini di volume corrente. Si chiede di specificare se il limite minimo di volume corrente per l'applicazione su pazienti neonatali deve essere di 20 ml o di 2</p>	<p>Il limite minimo di volume corrente per applicazione su pazienti neonatali deve essere minore o al massimo uguale a 10 ml</p>



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

	<p>ml.</p> <p>Si chiede di confermare che i ventilatori da trasporto del lotto in questione sono destinati al trasporto intra-ospedaliero</p> <p>LOTTO 3</p> <p>Nelle specifiche tecniche viene richiesta l'applicazione "per neonati, pazienti pediatrici e adulti" ; non viene però indicato il limite minimo di applicazione sui pazienti neonatali in termini di volume corrente. Si chiede di specificare se il limite minimo di volume corrente per l'applicazione su pazienti neonatali deve essere di 20 ml o di 2 ml.</p>	<p>Il ventilatore è destinato al trasporto intraospedaliero.</p> <p>Il limite minimo di volume corrente per applicazione su pazienti neonatali deve essere minore o al massimo uguale a 10 ml</p>
--	---	---

Per il RUP
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott. Antonio Giona
Originale firmato agli atti