

Quesito: con riferimento alla consultazione di mercato in oggetto, con la presente si chiede di comunicare il numero di posti letto totale oggetto della procedura.

Risposta alla richiesta di chiarimento

Si fa presente che il numero dei posti letto oggetto della procedura è di circa il 50% dei posti letto previsti per la “Nuova Pediatria” (vedi tabella esplicativa) per un totale di circa 100 posti letto.

Tabella 1: ubicazione dei reparti, numero posti letto e destinazione d'uso

Piano	Reparto	N. Posti letto previsti	Alta intensità di cura
Terra	Pronto Soccorso Pediatrico	8	si
Primo	Pediatria d'Urgenza	16	si
Primo	Pediatria	18	
Secondo	Pediatria (sez. specialistica)	16	
Secondo	Neuropsichiatria	8	
Terzo	Pediatria (sez. trap. Fegato e cuore)	7	
Terzo	Nefrologia	12	
Terzo	Nefrologia dialisi	5	
Quarto	Chirurgia Pediatrica degenze (U.O.C. Chirurgia Pediatrica)	20	
Quarto	Chirurgia Pediatrica degenze (U.O.C. Neurochirurgia)	5	
Quarto	Chirurgia Pediatrica degenze (U.O.C. Urologia Pediatrica)	7	
Quinto	Terapia Intensiva Pediatrica e T.I.P.O.	17	si
Quinto	Cardiochirurgia	4	si
Sesto	Oncoematologia degenze	19	
Sesto	Oncoematologia trapianti	8	si
settimo	S.O. risveglio e induzione	19	

Si sottolinea la consultazione di mercato è volta a capire l'esistenza sul mercato di soluzioni che consentano in un unico sistema software, certificato medicale, di **interfacciare quanti più possibili dispositivi quali ad esempio centrali di monitoraggio, monitor, telemetrie, pompe di infusione, ventilatori, ecc ecc di costruttori differenti** e possibilmente di gestire, in modo univoco, gli allarmi, l'archiviazione e la trasportabilità dei dati nonché l'eventuale interfacciamento con il sistema informativo dell' Azienda Ospedale Università di Padova. Tale necessità nasce dall'esigenza che i dati clinici e anagrafici dei pazienti possano essere disponibili in ogni momento e ad ogni utente sulla base di policy prestabilite, scelte organizzative e procedurali su dispositivi trasportabili quali tablet e/o cellulari, oppure dispositivi fissi come personal computer e display ripetitori, installati nell'ambito della struttura ed organizzati sulla base dei reparti di appartenenza dei pazienti.

Il RUP
Dott.ssa Antonella Dai Prà

(Originale firmato agli atti)