

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID 21A224 – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA FORNITURA DI: “SISTEMA PER LA PREPARATIVA DI ISTOLOGIA”: lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>in merito all'indagine conoscitiva Manifestazione di Interesse ID21A224 un sistema di preparazione dei campioni non viene indicato il numero di moduli, dove solitamente dovrebbero essere 2 moduli (centralina per inclusione e piastra fredda). Mi conferma che viene inclusa la piastra raffreddante? O si tratta solo del modulo di dispensazione della paraffina?</p>	<p>Si conferma che viene inclusa anche la piastra raffreddante; con la dicitura “sistema per la preparativa di istologia” si intendono centralina + piastra fredda.</p>

Distinti saluti

Il Sostituto Responsabile della
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Ing. Francesca Menotto

