



**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**DITTE VARIE**

**Oggetto:** ID GARA 24A069 RICHIESTA DI PREVENTIVI PER UN EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 5 MODULI PER CAPNOMETRIA PER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA - **lettera chiarimenti 1.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Si richiede cortesemente di voler mettere a disposizione ulteriori dettagli tecnici, in quanto le informazioni attualmente a disposizione nella presente indagine non permettono di identificare quanto richiesto	I moduli devono misurare la pressione parziale dell'anidride carbonica nei gas espirati e darne la rappresentazione grafica a monitor per il monitoraggio avanzato dei pazienti ventilati meccanicamente che permetta di evidenziare e risolvere tempestivamente situazioni di ipo/iperventilazione, in particolare nel trattamento della patologia neurologica in fase acuta. I moduli richiesti devono essere compatibili con il sistema di monitoraggio presente in terapia intensiva (philips) e dotati di tecnologia microstream.

Distinti saluti

Il RUP  
Dott.ssa Antonella Dai Prà  
*Originale firmato agli atti*