



U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID GARA 24A095 – richiesta di preventivi per la fornitura di un termociclatore per la UOC Medicina Legale.

In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	1) la presenza di blocchi rimovibili è mandatoria? 2) Specificare i dettagli tecnici degli eventuali blocchi di cui si necessita, quali e quanti blocchi? Qual è il numero di pozzetti per ciascun blocco richiesto? 3) Specificare nel dettaglio? rampe rapide, quale temperatura di ramp rate max è richiesta?	1) SI 2) un blocco da 96 pozzetti intercambiabile con 3 blocchi da 32 pozzetti 3) rampe da 6°C/al sec.

Distinti saluti

Per il Direttore
Dott. Antonio Giona
Originale firmato agli atti