



Padova, 16/01/2024

**Oggetto:** ID GARA 24A002 fornitura di un congelatore a discesa programmata per la conservazione di campioni biologici umani in sacche, paillettes e fiale per il laboratorio della Clinica di Oncoematologia Ped. Lab. TMO. **Richiesta chiarimenti 1**

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 1**

1	<b>Spett.le Ente, in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede il seguente chiarimento: in relazione alle seguenti specifiche tecniche “possibilità di alloggiamento di:” - Paillettes da 0,25 ml almeno 600 orizzontali e 250 verticali - Paillettes da 0,5 ml almeno 600 - Fiale da 2 ml almeno 700 - Sacche da 50 ml almeno 20 - Sacche da 250 ml almeno 10 - Sacche da 500 ml almeno 10. Si chiede conferma se la fornitura è da ritenersi inclusiva dei sopracitati arredi. In caso di risposta negativa, si chiede di indicare quali siano necessari nello specifico.</b>	<i>Per il criocongelatore richiesto, si richiede la possibilità di alloggiamento di tali arredi; di conseguenza gli arredi non devono essere inclusi nell'offerta.</i>
---	--	--

Chiarimenti aggiornati al 16/01/2024

per Il Direttore della  
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica  
Dott.ssa Antonella Dai Prà

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI